

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr CE 2WR7 013 / 06.17

Opis produktu: Ultradźwiękowy miernik natężenia przepływu
ULTRAHEAT®T150 (2WR7...)
Producent: Landis+Gyr GmbH, Humboldtstraße 64, 90459
Norymberga, Niemcy

Landis + Gyr GmbH ponosi wyłączną odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności. Landis + Gyr GmbH deklaruje, że wyżej wymieniony produkt spełnia wymagania dotyczące następujących dyrektyw i przepisów:

2014/30/EU	(EMC)	OJ L 96	29/03/2014
2014/32/EU	(MID)	OJ L 96	29/03/2014
2014/35/EU	(LVD)	OJ L 96	29/03/2014
2011/65/EU	(RoHS)	OJ L 174	01/07/2011
2014/68/EU	(PED)	OJ L 189	27/06/2014

Niniejsze zharmonizowane normy i dokumenty normatywne zostały przyjęte jako podstawowe:

Standard	Ostatnia weryfikacja	Dyrektywa	Odniesienie	Standard	Ostatnia weryfikacja	Dyrektywa	Odniesienie
EN 61000-6-3	2011	EMC	OJ C 053 25/02/2014	EN 13480-5	A1:2014	PED	OJ C 293 12/08/2016
2014/32/EU	2014	EMC/MID	OJ L 96 29/03/2014	EN 10213	2016	PED	OJ C 293 12/08/2016
EN 1434-4	2007	EMC/MID	OJ C 218 24/07/2012	EN 12516-2	2015	PED	OJ C 293 12/08/2016
EN 1434-5	2007	MID	OJ C 218 24/07/2012	EN 12266-1	2012	PED	OJ C 293 12/08/2016
EN 61010-1	2011	LVD	OJ C 149 16/05/2014	EN 13480-2	2014	PED	OJ C 293 12/08/2016
EN 1434-4	2015	EMC/MID		AD2000		PED	
EN 1434-5	2015	MID		Dla DN150: PS (maks. ciśnienie): 25 barów; maks. temperatura 3/150 °C; DN: 150; klasa II; środowisko badania: woda (ciecz klasy 2) / ciśnienie badania: 37 barów; metoda oceny zgodności: moduł A1; wyznaczony			
EN 50581	2012	RoHS	OJ C 363 23/11/2012	organ: 0036; nr certyfikatu WE analizy projektu: E-IS-DDB-MUC-13-12-104567-001a-001			
				Klasa środowiskowa dla MID i EMC E1 lub A			

Jednostka notyfikowana (PTB, 0102) przetestowała projekt techniczny i potwierdziła, że projekt ten spełnia wymagania dotyczące urządzenia i wydała następujący certyfikat:

DE-06-MI004-PTB004

Jednostka notyfikowana (PTB, 0102) oceniła system zapewnienia jakości i rozpoznaje go w:
DE-M-AQ-PTB006

Norymberga, 27.07.2017 r.

Brunner, VP Coc HEAT /nieczytelny podpis/
Nazwisko, stanowisko

Dr. Rother, Dyrektor ds. badań i rozwoju /nieczytelny podpis/
Nazwisko, stanowisko

Niniejsza deklaracja poświadczająca zgodność z określonymi dyrektywami i normami oraz nie stanowi zobowiązania potwierdzającego określone właściwości!
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji produktu!

Nr rep. 2646/19

Stwierdzam zgodność powyższego przekładu z oryginałem

Tytułem wynagrodzenia pobrano -

Augustów, dnia: 15.12.2019 r.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – mgr Piotr Szlauzys (nr TP/4453/05)

